

Bissinger Medizintechnik
Simon Wäschle
Medical Engineering
Hans-Theisen-Str. 1
79331 Teningen

NEUROCHIRURGISCHE KLINIK

Chefärzte:
Prof. Dr. med. T. Kretschmer
Dr. med. F. Meyer

Durchwahl: 04 41 / 236 - 257
Telefax: 04 41 / 236 - 449

16. April 2012 Prof. Kre/nr.

Sehr geehrter Herr Wäschle,

mittlerweile konnte ich die von Ihnen zur Verfügung gestellte Microdome Koagulations Elektrode weiter testen. Nachdem wir die Einstellungen gemäß Ihren Empfehlungen modifiziert haben, lässt sich doch mit dieser Elektrode sehr gut arbeiten. Konkret setze ich sie beim Koagulieren der Dura bei transnasal/transsphenoidalen Hypophysenoperationen ein. Sie funktioniert hier sehr zuverlässig und ist aufgrund ihres bajonettförmigen und schmalen Designs sehr praktikabel.

Ich hoffe, Ihnen mit dieser kurzen Stellungnahme behilflich gewesen zu sein und verbleibe

Mit freundlichen Grüßen



Prof. Dr. med. T. Kretschmer
Chefarzt



NEUROZENTRUM

- Neurologie
- Neurochirurgie
- Neurorehabilitation
- Neuroradiologie

Evangelisches Krankenhaus Oldenburg
Steinweg 13 - 17 · D-26122 Oldenburg
Telefon (04 41) 236-0 · Fax (04 41) 236-429
www.evangelischeskrankenhaus.de
info@evangelischeskrankenhaus.de

Rechtsform: Stiftung
Kaufmännischer Vorstand: Thomas Kempe
Medizinischer Vorstand: Dr. med. Rüdiger Schönfeld
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Hartig